



Produtos Irregulares

Resolução Específica nº: 01982/2017

Data de publicação: 27/07/2017

Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.
(CNPJ: 44.734.671/0001-51)

Produto: KETAMIN (CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA), solução injetável,
50 mg/mL

Lote, fabricação e validade: 14128815 (Val 12/2017)

Observação: Suspensão da distribuição, comercialização e uso e o recolhimento do estoque existente no mercado.

Motivação: Laudos de Análise Fiscal n.º 452.1P.0/2017 e 453.1P.0/2017, amostra única, emitido pelo Instituto Adolfo Lutz, com resultado insatisfatório para o ensaio de descrição da amostra para o medicamento.

Resolução Específica nº: 01983/2017

Data de publicação: 27/07/2017

Empresa: IDEALFARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA (CNPJ : 05.153.990/0001-11)

Produto: Todos os insumos alimentícios e farmacêuticos (incluindo os insumos biológicos) utilizados pela empresa

Lote, fabricação e validade: Todos

Observação: Suspensão da importação, fracionamento, distribuição, comercialização e uso.

Motivação: Teor do relatório final de inspeção investigativa conduzida conjuntamente por esta Agência, pela SUVISAGO e Vigilância Sanitária Municipal de Anápolis nas instalações da empresa, no qual foram reportados descumprimentos de requerimentos de Boas Práticas de Fabricação, considerados críticos no fracionamento de insumos.

Resolução Específica nº: 02058/2017

Data de publicação: 31/07/2017

Empresa: SOUPELLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELLI - ME (CNPJ: 15.224.228/0001-32)

Produto: PLED (PLASMA ELECTROMEDICAL DEVICE)

Lote, fabricação e validade: Todos

Observação: Proibição da divulgação, comercialização e uso e o recolhimento do produto existente no mercado.

Motivação: Inexistência de registro ou cadastro do referido equipamento junto a ANVISA, divulgado e comercializado no site <http://www.souPELLI.com.br/>, de responsabilidade da empresa.

Resolução Específica nº: 02059/2017

Data de publicação: 31/07/2017

Empresa: HOSP TRADE DO BRASIL LTDA. (CNPJ: 01.146.404/0001-50)

Produto: TRANSDUTOR DE PRESSÃO DESCARTÁVEL TPD-48120

Lote, fabricação e validade: 314322043 e 314147218

Observação: Recolhimento dos lotes do produto.

Motivação: Considerando informações apresentadas pela empresa referenciando o lote 314322043 e o resultado insatisfatório de análise fiscal, para o lote 314147218 do produto.

Fonte: <http://portal.anvisa.gov.br/produtos-irregulares#/> Acesso em 02/08/2017.