



Produtos Irregulares

Resolução Específica nº: 02047/2019

Data de publicação: 29/07/2019

Empresa: Quimex Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda

Produto: ÁGUA SANITÁRIA CLASSLIMP

Lote, fabricação e validade: 7965

Motivação: Laudo de Análise nº 131.1P.0/2019, relativo ao produto saneante Água Sanitária Classlimp, lote nº 7965, data de fabricação 25/02/2019, validade 6 meses, da empresa Quimex Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Ltda, com teor de cloro ativo abaixo da especificação, infringindo o inciso III, do Art. 63 da Lei 6.360/1976.

Resolução Específica nº: 02050/2019

Data de publicação: 29/07/2019

Empresa: Fundação Baiana de Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico, Fornecimento e Distribuição de Medicamentos - Bahiafarma

Produto: Teste Rápido Chikungunya IgM Bahiafarma

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: Teste Rápido Dengue IgG/IgM Bahiafarma

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Produto: Teste Rápido Zika IgG / IgM Combo Bahiafarma

Lote, fabricação e validade: Todos os lotes

Motivação: Considerando os Laudos de Análise Fiscal n.º 2265.1P.0/2019, 2266.1P.0/2019, 2267.1P.0/2019, 2268.1P/2019, 2269.1P/2019, 2270.1P.0/2019 e 2271.1P.0/2019, emitidos pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde-Fundação Oswaldo Cruz, e o não provimento dos recursos protocolados por meio dos expedientes 578384194, 578368192 e 580316191, tornando os laudos condenatórios que apresentaram resultados insatisfatórios nos ensaios de: Sensibilidade e Especificidade (teste rápido anti-dengue IgG/IgM); Sensibilidade (teste rápido anti-chikungunya IgM); Sensibilidade (teste rápido anti-zika IgG/IgM).

Fonte: <http://portal.anvisa.gov.br/produtos-irregulares#> - Acesso em: 29/07/2019.